



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**ADENDA  
PLIEGO DE CONDICIONES – CON-FOBOG- 001 DE 2012**

**ADENDA No. 1**

**PLIEGO DE CONDICIONES**

**INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA  
EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL PARA EL CENTRO DE APOYO  
DIAGNÒSTICO DE RADIOLOGÌA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÌA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÀ**

**03 DE DICIEMBRE DE 2012**

Página 1 de 3

**Versión: Abril 15 de 2.011**

**Adenda No. 1** a Pliego de Condiciones - Invitación pública para contratar *ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL PARA EL CENTRO DE APOYO DIAGNÒSTICO DE RADIOLOGÌA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÀ*

La Universidad Nacional de Colombia, informa a los proponentes interesados en participar en la **Invitación pública para contratar *ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL PARA EL CENTRO DE APOYO DIAGNÒSTICO DE RADIOLOGÌA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÀ***, que mediante la presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así:

**1. Se modifica el Numeral 4.3.3 del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera:**

**4.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

El OFERENTE debe presentar para la ejecución del contrato un cronograma que incluya el tiempo instalación, puesta en marcha, capacitación, soporte técnico, configuración de software, este debe ser compatible con el sistema operativo Oracle, este criterio es de admisión, el OFERENTE que no presente la compatibilidad desde el punto de vista técnico del software no será rechazado. Y/u otros servicios conexos.

La omisión del cronograma será subsanable dentro del término estipulado para presentar las aclaraciones de la oferta. Así mismo, podrá aclararse o subsanarse por solicitud de la Universidad.

**2. Se modifica el capítulo VI Oferta técnica del pliego de condiciones, quedando de la siguiente manera la descripción general - características de los ítems 1 y 4:**

**UN TOMOGRAFO DE RAYO DE CONO (CBCT)**

Ofrecer Panel plano

Ofrecer Campos de visualización para dientes, maxilares, cara y posibilidades para cráneo

Ofrecer Vóxel isotrópico

Ofrecer Tamaño de Vóxel desde 0,13mm hasta 0,3mm, excelencia en resolución de la imagen

Ofrecer Tiempos cortos de escaneo y reconstrucción

Ofrecer Software de edición de imágenes con variedad de herramientas y uso sencillo e idioma español, licencias múltiples, con módulo de reconstrucción en 3D, Implantes, ATM, cefalometría y reportes (informes de lectura diagnóstica). Posibilidad de mejoras de imagen de ruido y optimización de resolución.

Ofrecer Software de stitching en caso de no tener campo de visualización para cráneo u la opción de Intensificador de imagen al equipo tomográfico.

Ofrecer Posibilidades de personalización de plantillas de presentación de imágenes.

Ofrecer Imágenes compatibles con sistema DICOM0020

Ofrecer actualizaciones del software

Entregar el software funcionando bajo el sistema operativo ORACLE.

Referenciar dosis absorbidas de radiación para cada técnica tomográfica

Computador de gama alta para el tomógrafo.

UPS para el tomógrafo.

**Adenda No. 1** a Pliego de Condiciones - Invitación pública para contratar *ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL PARA EL CENTRO DE APOYO DIAGNÓSTICO DE RADIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ*

**UNA IMPRESORA MEDICA DE SUBLIMACION TERMICA**

Ofrecer Excelencia de resolución en la calidad de la imagen impresa

Ofrecer Posibilidades de imprimir papel fotográfico y acetatos radiográficos de varios formatos

Entregar el software funcionando bajo el sistema operativo ORACLE

Se puede ofrecer una de las siguientes tecnologías: Inyección de tinta, termal de sublimación y electrofotográfico.

**LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN  
PERMANECEN VIGENTES**

**03 DE DICIEMBRE DE 2012**

Página 3 de 3

**Versión: Abril 15 de 2.011**